



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs: Duckworth & Kent Ltd
Terence House
7 Marquis Business Centre
Royston Road
Baldock, Hertfordshire
SG7 6XL, United Kingdom

Pilnvarotais pārstāvis: Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Duckworth & Kent Ltd paziņo, ka 1. tabulā uzskaitītās un tālāk aprakstītās medicīniskās ierīces, proti,

Duckworth & Kent invazīvo irigācijas un aspirācijas ierīču klāsts

atbilst Padomes Direktīvas 93/42/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2007/47/EK, pamatprasībām un noteikumiem un kā transponēts Apvienotās Karalistes tiesību aktos (Apvienotās Karalistes Medicīnisko ierīču noteikumos 2002 S.I. Nr. 618, ar grozījumiem).

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 93/42/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2007/47/EK, II pielikumu (izņemot 4. sadaļu):

Šīs ierīces ir klasificētas kā IIa klases ierīces

Pilnvarotā iestāde: SGS Belgium NV (NB 1639)
Noorderlaan 87
2514 Antwerpen
Belgium

Klasifikācija

Visas šīs ierīces paredzētas īslaicīgai lietošanai, tās ir atkārtoti izmantojamas, nesterilas, invazīvas medicīniskās ierīces.

Klasifikācija ir noteikta atbilstoši IX pielikuma 5. noteikumam.

Par šīs deklarācijas izdošanu atbild tikai Duckworth & Kent Ltd.

Mārtins Loks (*Martin Lock*)
Regulatīvo lietu vadītājs



1. tabula. Medicīniskās ierīces, uz kurām attiecas šī atbilstības deklarācija.

Irigācijas un aspirācijas Ila ierīces, invazīvas			
REF	Ierīces nosaukums	Apraksts	Paredzētais lietojums
8-601	Kanula	Hidrodisekcijas kanula	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acs kapsulā, lai atbrīvotu kodolu no kapsulārā maisiņa
8-601-1	Kanula	Hidrodisekcijas kanula	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acs kapsulā, lai atbrīvotu kodolu no kapsulārā maisiņa
8-601-2	Kanula	Daudzfunkcionāla kanula	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acs kapsulā, lai atbrīvotu kodolu no kapsulārā maisiņa, kā arī lai novadītu gaisu, šķidrumu un atmiēkšķēto garozu no acs
8-602	Kanula	Plakangala kanula	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acs kapsulā, lai atbrīvotu kodolu no kapsulārā maisiņa
8-603	Kanula	Kapsulas pulēšanas kanula	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-604	Kanula	LASIK kanula	Paredzēta šķidruma pievadīšanai, lai aizskalotu prom visu lieko zem LASIK iegriezuma
8-605	Kanula	Gaisa pievadīšanas kanula	Paredzēta gaisa ievadīšanai acs priekšējā kamerā
8-615-1	Kanula	Priekšējās kameras uzturētājkanula	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā
8-616	Kanula	Infūzijas kanula	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā
8-616-1	Kanula	Infūzijas kanula	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā
8-635	Kanula	I/A kanula	Paredzēts šķidruma ievadīšanai acī, lai saglabātu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā, vienlaicīgi caur sekundāro caurulīti novadot šķidrumu, kā arī viskoelastīgas un nelielas audu daļiņas no acs priekšējās daļas
8-635-3	Kanula	I/A kanula	Paredzēts šķidruma ievadīšanai acī, lai saglabātu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā, vienlaicīgi caur sekundāro caurulīti novadot šķidrumu, kā arī viskoelastīgas un nelielas audu daļiņas no acs priekšējās daļas
8-644	Kanula	Infūzijas kanula	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā
8-644-1	Kanula	Infūzijas kanula	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā
8-650	Irigācijas pievads	Irigācijas pievads	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā
8-650-1	Irigācijas pievads	Irigācijas pievads	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā
8-650-2	Irigācijas pievads	Irigācijas pievads	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā



Irigācijas un aspirācijas Ila ierīces, invazīvas

REF	Ierīces nosaukums	Apraksts	Paredzētais lietojums
8-652	Irigācijas pievads	Irigācijas pievads	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā
8-652-1	Irigācijas pievads	Irigācijas pievads	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā
8-652-1S	Irigācijas pievads	Irigācijas pievads	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā
8-652S	Irigācijas pievads	Irigācijas pievads	Paredzēta šķidruma ievadīšanai acī, lai uzturētu intraokulāro spiedienu ķirurģiskas procedūras laikā
8-655	Aspirācijas pievads	Aspirācijas pievads	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-655-1	Aspirācijas pievads	Aspirācijas pievads	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-655-2	Aspirācijas pievads	Aspirācijas pievads	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-657	Aspirācijas pievads	Aspirācijas pievads	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-657S	Aspirācijas pievads	Aspirācijas pievads	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-730	I/A uzgalis	Aspirācijas uzgalis	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-730-1	I/A uzgalis	Aspirācijas uzgalis	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-731	I/A uzgalis	Aspirācijas uzgalis	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-731-1	I/A uzgalis	Aspirācijas uzgalis	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-731-3	I/A uzgalis	Aspirācijas uzgalis	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-731-4	I/A uzgalis	Aspirācijas uzgalis	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-732	I/A uzgalis	Aspirācijas uzgalis	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-732-1	I/A uzgalis	Aspirācijas uzgalis	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-732-3	I/A uzgalis	Aspirācijas uzgalis	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas
8-732-4	I/A uzgalis	Aspirācijas uzgalis	Paredzēta šķidruma, kā arī viskoelastīgu un nelielu audu daļiņu novadīšanai no acs priekšējās daļas



2. tabula. Attiecīgie standarti un kopējās specifikācijas.

Piemērojamie standarti	
Standarta numurs	Nosaukums
EN 1041:2008	Information supplied by the manufacturer of medical devices
EN 1707:1996	Conical fittings with a 6% (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment - Lock fittings
EN ISO 10993-1:2009	Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2009) EN ISO 10993-1:2009/AC:2010
EN ISO 13485:2016	Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016) EN ISO 13485:2016/AC:2018
EN ISO 14971:2012	Medical Devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)
ISO 15223-1:2021	Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
EN ISO 17664:2017	Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices (ISO 17664:2017)
EN 20594-1:1993+A1:1997	Conical fittings with a 6% (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment - Part 1: General requirements (ISO 594-1:1986)
EN 62366-1:2015+A1:2020	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
93/42/EEC	Council Directive concerning medical devices
2007/47/EC	Council Directive amending 93/42/EEC
MEDDEV 2.7/1 rev.4 June 2016	Clinical evaluation: A guide for manufacturers and notified bodies
MEDDEV 2.12/1 rev.8 Jan 2013	Guidelines on a medical device's vigilance system



SĀKOTNĒJĀS ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJAS PIELIKUMS

Sākot ar 2023. gada 31. janvāri ir mainījusies mūsu ES pilnvarotā pārstāvja adrese, kas norādīta sākotnējā atbilstības deklarācijā

Vecā adrese
Pilnvarotais pārstāvis:

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Jaunā adrese
Pilnvarotais pārstāvis:

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

.....
Martin Lock
Regulatīvo lietu vadītājs

.....
25/01/23

.....
Datums